



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

www.pogotowie.radom.pl

tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl

NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286

Nr sprawy: RSPR /TP/D-2/2021 odp.

Radom, dnia 28.05.2021r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu unijnego określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 z późn.zm.)na : Zakup sprzętu medycznego nr sprawy RSPR/TP/D-2/2021

Zamawiający - Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1

Część 2. Zakup wideolaryngoskopu do trudnej intubacji – zestaw/szt. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu/szt. 6 do trudnej intubacji - wideolaryngoskopu o następujących właściwościach:

Punkty 1 - 25:

Skład zestawu:

Ekran monitora LCD 2.4 cala, brak możliwości obsługi dotykowej.

Kamera oraz źródło światła są zainstalowane na adapterze na który są zakładane łyżki z powłoką anti fog.

łyżki jednorazowe czyste mikrobiologicznie.

Brak możliwości nagrywania filmów, brak łączności z systemami Android, iOS, Windows, brak możliwości łączenia się z siecią WiFi, oraz transferu plików przez kartę SD/micro SD, złącze USB.

Urządzenie zasilane 3 bateriami typu AAA. W zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 270 min ciągłej pracy.

Nie posiada stacji dokującej oraz optycznego toru wizyjnego.

Brak możliwości ładowania monitora.

Wideolaryngoskop nie jest przeznaczony do intubacji donosowej.

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie dokonuje oceny czy wymienione w pytaniu wszystkie parametry spełniają wymagania minimalne. Pytający nie odnosi się do konkretnego parametru o którego zamianę wnioskuje, więc trudno jest ocenić którego parametru dotyczy pytanie. Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

www.pogotowie.radom.pl

tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl

NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286

Pytanie nr 2

Dotyczy Część 1 Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej :

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wyrazi zgodę na dostawę urządzenia rok produkcji 2020, fabrycznie nowe z gwarancją i przeglądami wymaganymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało możliwość regulacji częstości kompresji w pełnym zakresie pomiędzy 80 – 120 uciśnień na minutę oraz żeby regulacja odbywała się w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało możliwość regulacji głębokości uciśnień w pełnym zakresie pomiędzy 2-6 cm oraz żeby regulacja odbywała się w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone urządzenie posiadało możliwość użycia na pacjentach o szerokości klatki piersiowej co najmniej 48 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy ogólnych warunków umowy:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 6 punkt b z „opóźnienia” na „zwłokę”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy § 5 ust. 6 punkt b z „opóźnienia” na „zwłokę”.

Pytanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie sumarycznej wielkości kar umownych ze 100% do 50% wartości zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

www.pogotowie.radom.pl

tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl

NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286

Pytanie nr 8

Jako, że przytoczona w OPZ norma RTCA-DO-160 G jest zawarta jako jedna z części w normie EN 13718-1 Medyczne środki transportu i ich wyposażenie - Środki transportu powietrznego (Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wskazaną normę EN 13718-1:2014, ponieważ tak jak wskazuje Administracja Lotnictwa Cywilnego „nie jest zamiarem RTCA/DO-160, aby była ona stosowana jako miernik trwałości użytkowej wyposażenia pokładowego poddawanego tym testom”.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SWZ dopuszcza sprzęt spełniający wymogi norm równoważnych.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie spełniające parametr kompresji dla pacjentów o poniższych parametrach klatki piersiowej obwód 76 cm, wysokości 17 cm i szerokość 22cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
lek. med. Piotr Kowalski