

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na wykonanie
zamówienia publicznego**

pn.

**Dostawa ambulansu typu C (szt. 1), przystosowanego do
przewozu noworodków
na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu**

ZATWIERDZAM

Z-ca DYREKTORA
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu

mgr Elżbieta Cieslak

data 21.08.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ROZDZ. I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiający: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom
Postępowanie prowadzi: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Z-ca Dyrektora RSPR mgr. Elżbieta Cieślak
E-mail do korespondencji: pogotowie@pogotowie.radom.pl
Adres strony internetowej: www.pogotowie.radom.pl
**Korespondencja pisemna: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
ul. Tochtermana 1 , 26-600 Radom**
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ - 15⁰⁵.

ROZDZ.II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych.

ROZDZ.III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu C (szt.1), przystosowanego do przewozu noworodków, wraz z wyposażeniem technicznym oraz medycznym, na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej - w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykaz wyposażenia :

1.1.Zestaw do transportu noworodków w tym:

- transporter elektryczny do platformy z inkubatorem - szt. 1
- inkubator transportowy z wyposażeniem - szt. 1
- podstawa transportowa do inkubatora - szt.1

1.2 Respirator noworodkowo - transportowy do ambulansu typu N - szt. 1

1.3. Kardiomonitor transportowy do ambulansu typu N - szt. 1

1.4. Ssak - szt. 1

1.5 Nawilżacz elektryczny - szt. 1

1.6 Pompa infuzyjna strzykawkowa - szt. 3

1.7 Pompa infuzyjna objętościowa - szt. 1

2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

2.1 Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2016 poz.2022 ze zm.), obowiązujących norm PN EN 1789+A2 dla środka transportu drogowego typu C, z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789+A2 wymaganej przez NFZ.

2.2 Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz wyposażenia w sprzęt medyczny zawiera specyfikacja techniczna oferowanego ambulansu - Załącznik nr 2 do SIWZ.

2.3 Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1475 ze zm.), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A2. Homologacja/ dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.

2.4 Zaoferowane wyposażenie musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

2.5 Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinien być nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. i nieużywany, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.

2.6 Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu i sprzętu medycznego pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.

3. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

3.1 mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów;

3.2 powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące;

3.3 perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy;

3.4 sprzęt medyczny oraz zabudowa medyczna – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansu do wskazanego serwisu gwarancyjnego.

3.5 Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.

4. Kod główny CPV: 34.114121-3 – karetki

oraz kody PCV pomocnicze: 33100000-1, 33195000-3,33171000-9

5. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli na etapie składania oferty są mu już znani.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

ROZDZ. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin dostawy ambulansu typu C wraz z kompletnym wyposażeniem medycznym, nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku.

ROZDZ.V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
 - 1.1 Nie podlegają wykluczeniu;
 - 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
 - 1.3. Ocena spełnienia nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, w których wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia oraz że spełnia warunki udziału.
2. Zamawiający wymaga wykazania spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:
 - 2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek nie zostaje określony,
 - 2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek nie zostaje określony.
 - 2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
 - 2.3.3. Zamawiający żąda by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) dostawy ambulansów typu C (zgodnych z PN EN 1789+A2) o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł / słownie : pięćset tysięcy złotych brutto / każda z wykazanych dostaw;
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy.
 - 3.1. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, Zamawiający określa, że wykonawca dostawy, warunek określony w pkt 2.3, powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, może, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy.

4.3 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 2.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.

5. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w:

5.1 ustawie;

5.2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 wraz ze zmianami) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykáže spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZ. VI PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE W ART. 24 UST. 5 USTAWY.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w tym:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
- 2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy - zamawiający nie będzie weryfikował fakultatywnych podstaw wykluczenia.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
5. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie określonej w Załączniku nr 4 do SIWZ.

ROZDZ. VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 5 USTAWY.

Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
 - 1) nie podlega wykluczeniu i
 - 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim inny podmiot wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie w imieniu tych podmiotów, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4. W sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, w celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie określone w załączniku nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie, w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie własne wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ), każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba/y, upoważnione do reprezentowania każdego z tych wykonawców.

Cześć B – oświadczenie składane po otwarciu ofert

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej www.pogotowie.radom.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. tj. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Cześć C – Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę ocenionego najwyżej na żądanie Zamawiającego.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
- 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
 - 2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia - określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie – zamawiający nie wskazuje żadnych oświadczeń i dokumentów.
10. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę **w warunków udziału** w postępowaniu zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- 10.1 wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy;

11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
12. Dla wykazania **braku podstaw wykluczenia** z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia własnego wraz z ofertą.
13. Dla wykazania **spełnienia wymagań** dla przedmiotu zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
 - 13.1 aktualnych materiałów informacyjnych producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
 - 13.2 dokumentów dopuszczających wyroby medyczne, określonych w rozdziale III, ust. 1 pkt. 1.1.- 1.7 SIWZ, do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186.),
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. X; C, ust. 10, pkt 10.1.

ROZDZ. VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 344)
2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.
9. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem pod nr. tel/fax (48) 362-48-47, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
10. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wykonawca przekaże Zamawiającemu również w formie edytowalnej na adres: pogotowie@pogotowie.radom.pl
11. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
lub e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
14. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający upoważnia:
- Z-cę Dyrektora RSPR - mgr Elżbieta Cieślak
- Kierownika Działu Transportu - mgr inż. Marek Dziewierz,
e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl tel. 692 735 031

ROZDZ. IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający ustala wadium na przedmiot zamówienia w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. 26 1050 1793 1000 0090 3045 8005

z zaznaczeniem: wadium tytułem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę ambulansu (szt. 1) typu C przystosowanego do przewozu noworodków dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, nr sprawy: RSPR- 2 PN /2020

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym, tj. przed terminem składania ofert.
6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek RSPR w Radomiu, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu RSPR w Radomiu , albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu RSPR w Radomiu z żądaniem zapłaty).
7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.
8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

ROZDZ. X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZ. XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się na druku formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, załączając do nich wymagane dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp.
3. Wraz z ofertą wykonawca złoży sporządzone w języku polskim:
 - 3.1 Wypełniony Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3, które stanowią treść oferty i będą podstawą do zastosowania w kryterium oceny ofert.
 - 3.2 Oświadczenie własne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
 - 3.3. Ewentualne zobowiązania innego podmiotu, jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów celem wykazania warunków udziału - Załącznik nr 7 do SIWZ
 - 3.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej.
 - 3.5 Ewentualne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania w postępowaniu, składania oferty w tym oświadczeń przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, o czym mowa w ust. 9
4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki i wymagania zawarte w SIWZ oraz winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.
5. Oferta powinna być złożona w takiej formie, która uniemożliwi jej zdekompletowanie.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisaną komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
7. Wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, zapisanych stron oferty oraz załączników.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane przez osobę (osoby) podpisującą/ce ofertę i opatrzone datami ich dokonania – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Dołączone pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz winny być sporządzone w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczonym przez wykonawcę.
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (T. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), wykonawca winien, nie później

niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które dokumenty nie mogą być udostępniane, opatrując je klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” i umieścić je w oddzielnej kopercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

12. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: „Dostawa ambulansu typu C (szt 1) przystosowanego do przewozu noworodków na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego” Nie otwierać przed dniem **10.09.2020 r. godz. 10.15** oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

13. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek „OFERTA PRZETARGOWA na: „Dostawa ambulansu typu C (szt 1) przystosowanego do przewozu noworodków na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego”

14. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

15. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).

16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

ROZDZ. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w:

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
ul. Tochtermana 1,
26-600 Radom

Sekretariat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przyjmuje oferty:

- bezpośrednio w Sekretariacie, piętro I, pokój nr 12 (wejście do obiektu od strony ul. Tochtermana) - w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7³⁰ - 14³⁰,
lub przesłane drogą pocztową.

2. Termin składania ofert upływa **dnia 10.09.2020 r. o godz. 10.00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.09.2020 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, piętro II, pokój 213.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w rozdz. VI ust. 6.2 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZ. XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. INFORMACJE W SPRAWIE WALUT OBCYCH.

- Wykonawca określi cenę oferty w PLN w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
- Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
- Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy- Załącznik nr 6 do SIWZ).
- Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób:
 - w przypadku, gdy wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza;
 - w przypadku, jeżeli obliczona wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanego w Formularzu oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz podanej ilości

płatności - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest przez wykonawcę cena jednostkowa brutto;

- 3) w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia - jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZ. XIV KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

- 1) C = cena - 60 %
2) PT = parametry techniczne ambulansu oraz sprzętu medycznego – 40 %

2. Punkty w kryterium „cena (C)” zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena łączna za ambulans}}{\text{cena ambulansu łączna oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

3. Punkty w kryterium parametry techniczne ambulansu zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$PT = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg danych dotyczących dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego zał. nr 3 do SIWZ}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego zał. nr 3 do SIWZ}} \times 100 \times 40\%$$

Ocena końcowa oferty (C_{of}) to najwyższa suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów:

$$C_{of} = C + PT$$

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i spełniać wymagania określone w SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
7. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

ROZDZ. XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie to zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie wykonawcy.
2. Z wybranym wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w art. 94 ustawy.
3. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w sposób podany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, termin na rozliczenia i podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed podpisaniem Umowy, wybrany wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy itp.

ROZDZ. XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy.

ROZDZ. XVII INFORMACJA W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY.

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących zakresach:
 - 3.1 zmiany ceny brutto spowodowanej :
 - wzrostem stawki VAT,
 - zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 - zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 - 3.2 Wykonawca musi w sposób wiarygodny wykazać Zamawiającemu, że zmiany, o których mowa w pkt 3.1 będą miały znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia i mogą spowodować u wykonawcy problemy finansowe zagrażające dalszej jego realizacji.
 - 3.3 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
 - 3.4 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

3.5 nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

ROZDZ. XVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

ROZDZ. XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się po ich otwarciu.
3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.

9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

13.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

13.1.1 Zamawiający – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, tel. 48 36 248 47, e-mail: pogotowie@pogotowie.radpm.pl, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, pełnomocnika wykonawcy członka organu zarządzającego wykonawcy, osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

13.2 Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

13.2.1 Urząd Zamówień Publicznych [ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP] – względem osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli;

13.2.2 Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO] – względem osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w ramach wniesionych środków ochrony prawnej.

13.3. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest Pani Barbara Łopyta: adres e-mail: iodo@pogotowie.rado.pl, telefon: 48/36 248 47

13.4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer RSPR - 2 PN /2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz wykonania umowy – w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO.

13.5 Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

13.6 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

13.7 W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków

ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim pseudonimowaniu.

14. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
16. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
17. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
18. Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
19. Posiada Pani/Pan, na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 19.1 Jeżeli podanie informacji o Pani/Pana danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Pani/Pana żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 - 19.2 W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do Pani/Pana danych jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialny jest Prezes UZP.
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - 19.3 Realizacja tego prawa nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zmiany postanowień umowy ani nie może naruszać integralności protokołu i załączników do niego.
 - 19.4 W przypadku Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do Pani/Pana danych jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego, przy czym za wdrożenie wszelkich proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w BZP odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, odpowiedzialny jest Prezes UZP.

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

19.5 Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

19.6 Wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

19.7 W przypadku ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Zamawiający będzie udostępniał protokół postępowania tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

19.8 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

20. Nie przysługuje Pani/Panu – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

20.1 – prawo do usunięcia danych osobowych;

20.2 – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

20.3 – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych osobowych na zasadach określonych powyżej.

Wykaz Załączników do SIWZ:

- | | |
|------------------|---|
| - Załącznik nr 1 | - Formularz oferty |
| - Załącznik nr 2 | - Specyfikacja techniczna oferowanego ambulansu |
| - Załącznik nr 3 | - Zestawienie ocenianych parametrów technicznych (dodatkowo punktowanych, nie wymaganych) ambulansów |
| - Załącznik nr 4 | - Oświadczenie własne wykonawcy |
| - Załącznik nr 5 | - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. |
| - Załącznik nr 6 | - Wzór umowy |
| - Załącznik nr 7 | - Zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów celem wykazania spełnienia warunków udziału. |

FORMULARZ OFERTY

Dostawa ambulansu typu C (szt.1), przystosowanego do przewozu noworodków na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: RSPR -2PN/2020

ZAMAWIAJĄCY:

RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU z siedzibą przy
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

WYKONAWCA:

/nazwa (firma) Wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

.....

/siedziba i adres Wykonawcy/

NIP -; REGON -

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że oferujemy wykonanie zamówienia p.n
Dostawa ambulansu typu C (szt.1), przystosowanego do przewozu noworodków na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

za cenę: brutto zł.

..... netto zł.

(słownie:zł)

(w tym: należny podatek VAT i wszelkie inne koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia),

1. Oświadczam, że:

1.1. zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania, w tym SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

1.2 cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

1.3.uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

1.4 akceptujemy wzór umowy nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach.

2. Potwierdzenie wniesienia wadium:

2.1) Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

..... zł.
w formie:

2.2) Nazwa banku i numer konta, na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium

.....

3. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom *:

L.p.	Nazwa części zamówienia
1.
...

* wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

4. Termin dostawy...../ nie później niż do 30 listopada 2020 roku/

5. termin płatności.....

6. Oferujemy następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

- mechaniczna na pojazd bazowy – miesiące bez limitu kilometrów,
- powłoki lakiernicze – miesiące,
- perforacja korozyjna elementów nadwozia – miesiące,
- na zabudowę medyczną, oraz sprzęt medyczny – miesiące,

7. Oferta zawiera stron kolejno ponumerowanych i trwale połączonych.

8. Osoba uprawniona do kontaktów po stronie Wykonawcy:

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Nr telefonu.....

Adres e-mail.....

*niepotrzebne skreślić

.....
miejsowość i data

.....
podpis Wykonawcy

pieczęć firmowa wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO AMBULANSU
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający wymaga by oferowany pojazd, oraz sprzęt medyczny były fabrycznie nowe, nie eksploatowany, z roku produkcji 2020

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji

.....

.....

2. Termin dostawy pojazdu w pełni kompletnego zgodnego z opisem technicznym nie później niż do 30 listopada 2020 roku do godziny 11:00

Wypełnia Wykonawca			
Producent	Podać		
Model/ typ/marka	Podać		
Kraj pochodzenia	Podać		
Pojemność silnika	Podać		
Numer i data wydania świadectwa homologacji oferowanego ambulansu	Podać		
Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
1.	2.	3.	4.
I	NADWOZIE		
1.	Typ "furgon" częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. Dopuszczalna masa całkowita min. 3,88t. Ambulans ma być dostarczony bez ogranicznika prędkości.		
2.	Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach.		
3.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązującą wersją normy PN EN 1789 +A2, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z podłokietnikami i z regulowanymi zagłówkami, fotele z regulacją wysokości oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.		
4.	Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze.		
5.	W kabinie kierowcy minimum dwa gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB.		
6.	Układ kierowniczy ze wspomaganiami.		
7.	Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch kierunkach tj. przód-tył, góra-dół		
8.	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (min. trzy rodzaje – podać)		
9.	Drzwi boczne prawe, przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z		

	otwieraną szybą.		
10.	Dodatkowe drzwi boczne przesuwne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek wraz z mocowaniami na dwie butle tlenowe 10l, krzesło kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz dla dzieci, kamizelkę KED, pojemnik reimplantacyjny, kaski ochronne, (dopuszcza się by miejscem przewożenia deski ortopedycznej dla dzieci oraz kamizelki KED był przedział medyczny)		
11.	Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.		
12.	Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka.		
13.	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem.		
14.	Autoalarm i immobiliser.		
15.	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów.		
16.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy.		
17.	Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane i składane elektrycznie.		
18.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.		
19.	Kolor nadwozia fabryczny żółty zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 +A2		
20.	Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym (w przedziale medycznym min. 1 głośnik). Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu (Bluetooth) (dopuszcza się radio monotwane na etapie adaptacji pojazdu bazowego na ambualns)		
21.	Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 90 litrów.		
22.	Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości.		
23.	W kabinie kierowcy panel sterujący (zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy), o minimalnych funkcjonalnościach: - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, - sterujący sygnalizacją świetlną i dźwiękową (lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania) - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji		
24.	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów.		
25.	Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach.		
II	SILNIK I NAPĘD		
1.	Silnik z zapłonem samoczynnym.		
2.	Moc silnika min 170 KM o maksymalnym momencie obrotowym min 370 Nm. (podać moc silnika w KM, wartość momentu obrotowego w		

	Nm).		
3.	Pojemność silnika min. 1900 cm ³ .		
4.	Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 lub EURO VI		
5.	Skrzynia biegów automatyczna (nie dopuszcza się skrzyni biegów mechanicznej i zautomatyzowanej)		
6.	Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka w bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V)		
III	UKŁAD HAMULCOWY		
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.		
2.	Z systemem wspomagania nagłego hamowania.		
3.	Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania lub równoważnym.		
4.	Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy lub równoważnym.		
5.	Z systemem ASR – zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania lub równoważnym.		
IV	ZAWIESZENIE		
1.	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (wymaga się by zawieszenie posiadało dodatkową opcję „zawieszenia pneumatycznego” dedykowanego dla ambulansów lub opcję „zawieszenia komfortowego” z „tłumikiem drgań”) Podać oferowane rozwiązanie zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.		
2.	Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi.		
V	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
1.	Trójkąt ostrzegawczy.		
2.	Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa (po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym).		
3.	Dodatkowa gaśnica (min. 1 kg środka gaśniczego) w przedziale medycznym wraz z uchwytem mocującym.		
4.	Min. 2 kliny pod koła w schowku technicznym.		
5.	Łom w schowku technicznym.		
6.	Min. dwa pachołki drogowe do zabezpieczenia miejsca akcji.		
7.	Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym.		
8.	Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa.		
9.	Układ kontroli ciśnienia w oponach		
10.	Klimatyzacja automatyczna w kabinie kierowcy		
11.	Chlapacze przednie i tylne.		
VI	NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY		
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3050 x 1700 x 1800mm.		
2.	Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu.		
3.	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna.		

4.	Ściany boczne przedziału medycznego muszą być przystosowane do zamocowania wyposażenia.		
5.	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.		
6.	Na prawej ścianie minimum 1 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem. (Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego w kolorze niebieskim.		
7.	Przy ścianie działowej u węzłowania noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, z zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia).		
8.	Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwane elektrycznie z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789 +A2.		
9.	Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789+A2 dla ambulansu typu C.		
10.	Na ścianie lewej szyna wraz z minimum trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, pompy infuzyjnej, respiratora (panel bez chwytów). Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania.		
11.	Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury.		
12.	Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.		
13.	W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający minimum następujące funkcje: - zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data) Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego - sterowanie drzwiami w ścianie działowej - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, Dodatkowo ma być możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego.		
14.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.		
15.	Sufitowe i ściennie uchwyty dla personelu medycznego.		
16.	Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami o poj.		

	10l, reduktorami na butlę (2 sztuki) oraz z przepływomierzami wpinanymi do gniazda AGA (2 szt.). Uwaga: przepływomierze bez nawilżaczy		
17.	Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.		
18.	Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej.		
19.	Podstawa pod nosze transportowe (laweta) z amortyzacją (tj. hydropneumatyczna lub pneumatyczna) sterowana elektrycznie lub mechanicznie, z przesuwem bocznym i systemem załadunku przystosowanym do prawidłowego funkcjonowania transportera opisanych poniżej (podać markę i model, załączyć folder lawety). Ładowność lawety musi umożliwiać maksymalne wykorzystanie ładowności zaoferowanych noszy transportowych – podać dopuszczalną ładowność w kg.		
VII	OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA		
1.	Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik.		
2.	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego typu powietrznego umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego i kabiny kierowcy o mocy min.5 kW (należy podać markę i model oferowanego urządzenia).		
3.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min. 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3).		
4.	Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie klimatyzacja dwuparownikowa), w przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. z możliwością ustawienia żądanej temperatury		
5.	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy minimum 1,8 kW zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym.		
6.	Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlenia i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 300 mm x 500 mm.		
7.	W przedziale medycznym lodówka ze sprężarką do przechowywania leków (podać markę i model)		
VIII	INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE		
1.	Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V.		
2.	Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m.		
3.	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah.		
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju.		
5.	Wzmocniony alternator o wydajności minimum 220A, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy		
6.	Minimum 3 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym		

	umożliwiający ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. Dodatkowe gniazdo zamontowane w przedziale medycznym zasilane bezpośrednio z akumulatora rozruchowego poprzez przetwornicę opisaną w pkt.10		
7.	Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenia przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem, zalaniem, wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V tzw. zapalniczka.		
8.	Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowe, w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych, zapewniające oświetlenie przedziału medycznego, zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED).		
9.	Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego.		
10.	Atestowana przetwornica (przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000 W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym minimum 1 gniazdo 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia).		
11.	Światła boczne pozycyjne pojazdu.		
12.	Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie.		
13.	Zamawiający wymaga, aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansiem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi tej instalacji.		
14.	Interkom umożliwiający dwukierunkową komunikację pomiędzy kabiną kierowcy oraz przedziałem medycznym		
IX	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE		
1.	W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED wyposażona w podświetlany napis AMBULANS oraz min. dwa reflektory do oświetlania przedpoła pojazdu. Sygnalizacja świetlna ma być wbudowana w nadwozie pojazdu tj. zespolona z nadwoziem (nie dopuszcza się belek zespolonych czy lamp typu „kogut”). Podać markę i model oraz numer homologacji.		
2.	W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja zintegrowana z dachem (nie dopuszcza się belek zespolonych czy lamp typu „kogut”). Podać markę i model oraz numer homologacji.		
3.	Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością		

	podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami.		
4.	Głośnik zamontowany w pasie przednim (odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika.		
5.	Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej. Podać markę i model.		
6.	Możliwość sterowania sygnalizacją świetlno-dźwiękową bez konieczności odrywania rąk od koła kierownicy, tj: - włączanie/wyłączanie sygnalizacji świetlnej - włączanie/wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej - zmiana modulacji sygnalizacji dźwiękowej - sterowanie dodatkową sygnalizacją np. pneumatyczną - włączanie mikrofonu umożliwiające podawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu (w kabinie kierowcy ma być zamontowany odpowiedni mikrofon tj. np. do zestawu głośnomówiącego)		
7.	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, min. po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory zewnętrzne (boczne i tylne) automatycznie wyłączające się gdy ambulans ruszy i osiągnie prędkość co najmniej 40 km/h Reflektory zewnętrzne tylne automatycznie włączające się przy włączeniu biegu wstecznego (ma być możliwość deaktywowania/aktywowania tej funkcji przez użytkownika w każdym momencie eksploatacji ambulansu)		
8.	Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. dotyczące oznakowania zespołów ratownictwa medycznego. Dodatkowo nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu stronach pojazdu.		
9.	Niebieskie lampy pulsacyjne typu LED w pasie przednim		
X	WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI		
1.	Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego posiadanego przez Zamawiającego (model Motorola DM 4601), wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu cyfrowego.		
2.	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna - współczynnik fali stojącej max. 1,6 - odporność na działanie wiatru minimum 55 m/s		
3.	Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami, modułem Teltonika i uchwytami (w tym stacji dokującej) umożliwiającymi przewóz i użytkowanie elementów systemu SWD PRM tj. tabletu Durabook R11AH i drukarki HP OfficeJet100 Mobile Printer (ambulans ma być tak przygotowany, że po włożeniu należących do Zamawiającego drukarki i tabletu do zamontowanych przez wykonawcę uchwytów/ stacji dokującej ambulans będzie mógł być użytkowany w systemie SWD		

	PRM).		
XI	INNE		
1.	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED.		
2.	Certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 +A2 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu – przy dostawie.		
3.	Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP.		
4.	Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – przy dostawie		
5.	Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”		
6.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 +A2 oraz PN EN 1865 na oferowany zestaw transportowy tj. podstawa pod nosze + nosze transportowe wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą – przy dostawie		
7.	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego montażu wyposażenia medycznego dostarczonego przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy. Dostarczone urządzenia będą posiadały uchwyty do montażu w ambulansie		
XII	ZESTAW DO TRANSPORTU NOWORODKÓW		
L.p.	Wymagane warunki (parametry) dla inkubatora transportowego wraz wyposażeniem medycznym		
I.	TRANSPORTER ELEKTRYCZNY DO PLATFORMY Z INKUBATOREM		
1.	Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia (podać)		
2.	Wyposażony w system automatycznej elektrycznej regulacji wysokości transportera , wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu inkubatora z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie inkubatora nawet przez jedną osobę bez konieczności jego dźwigania .		
3.	System szybkiego i bezpiecznego połączenia z platformą inkubatora		
4.	Płynna regulacja wysokości regulowana elektrycznie ;		
5.	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych tzn. /Trendelenburga i Fowlera /, możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej ;		
6.	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min.150 mm , skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia transportera bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach na otwartych przestrzeniach. (podać średnicę kółek w mm);		
7.	Min. dwa kółka wyposażone w hamulce		
9.	Rama transportera o podwyższonej wytrzymałości. Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. Obciążenie dopuszczalne do 300 kg		
10.	Transporter musi posiadać elektroniczny panel sterowania wyświetlający wszystkie aktualne ustawienia wszystkich pozycji .		
11.	Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami		

	antykorozyjnymi, ponadto transporter musi być stabilny, niewywrotny i łatwy w obsłudze.		
12.	Deklaracje zgodności z aktualną normą PN-EN 1789 + A2 , PN EN 1865-2 załączyć przy dostawie ;		
13.	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 + A2 posiadające funkcję automatycznego ładowania akumulatora w noszach po wpięciu noszy do mocowania w karetce		
14	Transporter wyposażony w mechaniczny lub pneumatyczny (na wypadek awarii) system składania i rozkładania podwozia umożliwiający wjazd i wyjazd z ambulansu nawet przy awarii systemu elektrycznego oraz regulację jego wysokości . System mechaniczny uruchamiany w sposób automatyczny bez konieczności używania narzędzi		
II	INKUBATOR TRANSPORTOWY Z WYPOSAŻENIEM		
1.	Producent		
2.	Nazwa i typ		
3.	Inkubator przeznaczony do transportu noworodków w ambulansie jak i w szpitalu		
4.	Inkubator o stabilnej konstrukcji w konfiguracji podanej poniżej : - kapsuła transportowa, w której umieszczony jest noworodek - waga kapsuły max. 40kg, - moduł zasilania elektrycznego i w gazy medyczne, - platforma nośna, - wyposażony w sprzęt i aparaturę do podtrzymania i kontroli funkcji życiowych noworodka: respirator noworodkowy, kardiomonitor, pompy infuzyjne, ssak.		
5.	Kapsuła transportowa mocowana do platformy i modułu zasilającego w sposób rozłączny .		
6.	Kapsuła transportowa wraz z modułem zasilania gazowego i elektrycznego jest mocowana do platformy nośnej w sposób stabilny, gwarantujący bezpieczeństwo. (Nie dopuszcza się mocowania za pomocą pasków).		
7.	Platforma nośna jest mocowana do wózka jezdnego/transportera w sposób rozłączny gwarantujący bezpieczeństwo		
8.	Kapsuła transportowa inkubatora z modułem zasilania		
9.	Kopuła zapewniająca widoczność noworodka z czterech stron wraz z dostępem do niego z co najmniej 3 stron		
10.	Płyta czołowa kopuły otwierana w sposób bezkolizyjny		
11.	Otwory manipulacyjne rozmieszczone z trzech stron inkubatora		
12.	Zamknięcia otworów manipulacyjnych za pomocą szczelnych drzwiczek		
13.	W inkubatorze noworodek transportowany głową do kierunku jazdy tj w kierunku jazdy w ambulansu , pełny dostęp do noworodka od strony głowy z możliwością wysuwu leża inkubatora na odległość zapewniającą możliwość intubacji noworodka lub dostępu do jego głowy .		
14.	Niski poziom hałasu pod kopułą inkubatora		
15.	Materacyk dla noworodka o wymiarach min. 60 x 30 cm, wielorazowy, z możliwością dezynfekcji , w kpl dodatkowy materac próżniowy z pompką		
16.	elektroniczny panel sterujący wraz z wyświetlaczem		

17.	Układ elektroniczny regulacji temperatury,		
18.	Wbudowany czujnik do pomiaru koncentracji tlenu pod kopułą inkubatora z wyświetlaczem		
19.	Lampa oświetlająca wnętrze		
20.	Miernik temperatury skóry noworodka		
21.	System zasilania akumulatorowego (własny + dodatkowy) gwarantujący zasilanie i sprawną prace przez co najmniej 4 godziny bez konieczności jego ładowania		
22.	System zasilania sieciowego inkubatora z wbudowana ładowarką akumulatorów z sieci 230V, i instalacji 12V ambulansu . W kpl wszystkie niezbędne kable i wtyczki		
23.	System zasilania gazowego z uniwersalnym miejscem montażu min 2 szt butli o poj do 5 litrów każda w dedykowanej szufladzie transportowej umożliwiający bezpieczny transport w konfiguracji : - min 2 butle z tlenem o poj do 5 litrów każda lub - min 1 butla z tlenem o poj 5 L + 1 butla z tlenkiem azotu o poj do 5 Litrów W kpl 2 reduktory z szybkozłączem do podłączenia do butli z tlenem , przewód o dł 2m do podłączenia zestawu do instalacji tlenowej ambulansu lub instalacji tlenowej w szpitalu zakończony złączem AGA		
24.	Pokrowiec termoizolacyjny na inkubator z otworami umożliwiającymi obserwację noworodka		
25.	Miejsce i mocowanie dozownika tlenu azotu z analizatorem NO i NO2 – zamawiający nie wymaga sytemu monitorowania i podaży tlenu azotu jedynie zabezpieczenia miejsca na platformie , zamawiający dostarczy do zamontowania system monitorowania i podaży tlenu azotu który jest jego własnością wraz z reduktorem do butli .		
26.	PODSTAWA TRANSPORTOWA DO INKUBATORA - 1szt		
27.	Podstawa nośna pod inkubator przystosowana do połączenia z transporterem , przystosowana do montażu sprzętu do monitorowania i podtrzymywania życia noworodka w trakcie transportu ambulansem		
28.	Wyposażona w 4 składane uchwyty transportowe		
29.	O konstrukcji zabezpieczającej inkubator przez uszkodzeniem w przypadku gwałtownego hamowania ambulansu		
30.	Budowa platformy umożliwiająca montaż - inkubatora - kardiomonitora - respiratora - zestawu 4 pomp infuzyjnych - ssaka - systemu gazowego do zasilania - systemu elektrycznego do zasilania - z miejscem do domontowania tlenu azotu		
31.	Budowa platformy umożliwiająca obserwację i obsługę respiratora i monitora z pozycji siedzącej tyłem do kierunku jazdy u wezłowia noworodka jak i z miejsca siedzącego na ścianie bocznej		
32.	Platforma o budowie zapewniającej dostęp do noworodka z min 3 stron tj strona lewa , prawa , od strony głowy		
33.	Obsługa sprzętu medycznego powinna być możliwa z pozycji siedzącej bez konieczności odpinania pasów w trakcie jazdy		
34.	Załączyć do oferty folder oraz schemat rozmieszczenia sprzętu dla		

	oferowanego zestawu		
III	RESPIRATOR NOWORODKOWO- TRANSPORTOWY DO AMBULANSU TYPU N - 1szt		
1	Respirator stacjonarno-transportowy przeznaczony dla wcześniaków, noworodków i dzieci		
2	Waga modułu respiratora do 6,3 kg (z akumulatorem) Wentylacja noworodków i dzieci min. od 0,5 kg,		
3	Zasilanie w tlen		
4	- z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar - niskim ciśnieniem O ₂ : 0-1,5 bar - kompatybilne z tlenem 93% Integralna turbina – przepływ szczytowy 230 l/min Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10% Zasilanie 12 – 28 VDC (ambulans/ śmigłowiec) Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 180 minut Klasa szczelności IP44 Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2 Zintegrowany czujnik tlenu niewymagający kalibracji		
5	Tryby wentylacji		
6	Predefiniowane parametry wentylacji dla noworodków i dzieci – wybór niezależnymi przyciskami na panelu czołowym Wentylacja kontrolowana objętością: VC-CMV; VC-SIMV Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-CMV; PC-SIMV; PC-ACV Wentylacja wspomagana: CPAP Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia DuoPAP Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP, DuoPAP Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC Wspomaganie ciśnieniowe PSV Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu 10-180 sek. Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 5 do 30 minut Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej Trigger przepływowy 0,2 do 15 l/min. Trigger wydechowy 5-70% Możliwość rozbudowy o tryby wentylacji: PC-ACV+		
7	Parametry wentylacji		
8	Częstość oddechów regulowana w zakresie 1–150 odd./min.		
9	Objętość oddechowa regulowana w zakresie:		
10	-2-300 ml (tryb PC/PRVC) -100 do 300 ml (tryb VC) Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek. Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek. Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:150, 150:1 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% Ciśnienie wdechowe P _{insp} regulowane w zakresie 6 – 55 mbar Ciśnienie wspomagania P _{supp} regulowane w zakresie 1 – 55 mbar		

11	Wybór opcji przełączania cyku oddechowego:		
12	Ti / Te I:E / częstość odd. Ti / częstość odd. Wentylacja bezdechu (apnea ventilation) PEEP regulowane w zakresie 0 – 25 mbar Z funkcją InfantFlow lub równoważną		
13	Monitorowanie		
14	Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna min. 8,4 cali Wyświetlanie min. 3 krzywych dynamicznych		
15	Wyświetlanie parametrów wentylacji:		
16	Częstość oddechowa Częstość oddechów spontanicznych Objętość wydechowa pojedynczego oddechu Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego Objętość wentylacji minutowej Objętość minutowa wentylacji spontanicznej Minutowa objętość przecieku Czas wdechu Czas wydechu Czas bezdechu Opór oddechowy (R) Podatność (C) I:E Ciśnienie szczytowe Ciśnienie plateau Średnie ciśnienie w układzie oddechowym PO.1 Ciśnienie PEEP/CPAP		
17	Alarmy		
18	1.Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu 2.Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie 3.Funkcja automatycznego dopasowania granic alarmowych do aktualnego stanu pacjenta, za pomocą jednego przycisku. Pamięć alarmów z ich opisem		
19	Wyposażenie		
20	Kompletny układ oddechowy dla dzieci jednorazowego użytku – 5 szt. Możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi, umożliwiająca przesyłanie danych z respiratora za pomocą karty SD System montażowy umożliwiający zawieszenie respiratora na dowolnym wózku, łóżku lub szynie. Autotest urządzenia wykonywany automatycznie po włączeniu urządzenia , niewymagający żadnej aktywności użytkownika. programowanie w języku polskim		
IV	KARDIOMONITOR TRANSPORTOWY DO AMBULANSU TYPU N - 1szt		
1	Parametry ogólne		
2	Kardiomonитор dedykowany do zastosowania w transporcie wewnątrz i pozaszpitalnym , przenośny, umożliwiający		

	monitorowanie następujących parametrów życiowych: EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca Czynność oddechowa (respiracja) Nieinwazyjny i inwazyjny pomiar ciśnienia NBP Saturacja SpO2 i tętno Pomiar temperatury Kapnografia		
3	Kardiomonitor o konstrukcji modułowej umożliwiającej rozbudowę o moduły monitorowania dodatkowych parametrów podłączane bez udziału serwisu		
4	Chłodzenie konwekcyjne (niewymuszone), brak wbudowanych wentylatorów		
5	Obudowa (dotyczy również wyświetlacza) odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i czyszczących, w tym izopropanolu w stężeniu min 80% - wymienić dostępne na rynku środki dopuszczone do użytkowania		
6	Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu).		
7	Zgodność urządzenia z normą PN EN 1789+A2		
8	Niska waga ułatwiająca transportowanie – poniżej 2 kg		
9	Wbudowany uchwyt do przenoszenia.		
10	Zabezpieczenie obudowy klasy min IPX2, wysoka odporność na upadki (min 1 m), wstrząsy, wibracje i uderzenia – zgodnie z zapisami norm IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60068-2-27, IEC/EN60068-2-32 i IEC/EN60068-2-64 potwierdzone w materiałach producenta.		
11	Uchwyt zapewniający bezpieczne zamocowanie monitora w ambulansie, posiadający potwierdzenie zgodności z normą- załączyć przy dostawie		
12	Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy min. od 0 do +40°C		
13	Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas przechowywania min. od -20 do +60°C		
14	Pobór mocy max 20W		
15	Zasilanie sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe z automatycznym ładowaniem		
16	Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 3 godziny ciągłego monitorowania. Przewidywany czas do rozładowania wyświetlany w sposób ciągły na ekranie.		
17	Łatwo wymienialny (bez użycia narzędzi) akumulator litowo-jonowy lub polimerowy pozwalający na wymianę przy zasilaniu zewnętrznym bez konieczności przerywania monitorowania		
18	Czas ładowania akumulatora max. 3 godziny (przy wyłączonym kardiomonitorze)		
19	Żywotność akumulatora min. 3 lata lub 500 cykli ładowania-rozładowania		
20	Co najmniej 3 stopniowy hierarchiczny system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Możliwość wyciszania (zawieszania) alarmów na określony czas oraz		

	na stałe.		
21	Funkcja automatycznego ustawiania progów alarmowych dopasowanych do aktualnych parametrów funkcji życiowych pacjenta		
22	Pamięć min. 100 ostatnich komunikatów alarmowych		
23	Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT o przekątnej min. 6'' i rozdzielczości min. 800x480 pikseli		
24	Możliwość podłączenia do zewnętrznego ekranu / wyświetlacza dotykowego umożliwiającego prezentację wszystkich danych oraz sterowanie i pełną obsługę wszystkich funkcji kardiomonitora		
25	Różne układy danych na ekranie z możliwością zmiany przez użytkownika bez konieczności wyłączenia urządzenia lub utraty danych.		
26	Obsługa za pomocą ekranu dotykowego w technologii pojemnościowej z obsługą dotyku wielopunktowego. Możliwość obsługi w rękawicach medycznych.		
27	Ekran zabezpieczony dodatkowo warstwą utwardzonego szkła np. typu Gorilla Glass (opisać)		
28	Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk.		
29	Automatyczna blokada ekranu w przypadku zalania.		
30	Automatyczne dopasowanie jasności ekranu do jasności otoczenia.		
31	Możliwość obrócenia obrazu o 90° w zależności od ustawienia kardiomonitora (w pionie lub w poziomie)		
32	Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków.		
33	Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min 24 godzin trendów i wyników pomiarów.		
34	Złącza pomiarowe umieszczone na przedniej lub bocznej ścianie kardiomonitora. Nie dopuszcza się gniazd umieszczonych z tyłu obudowy.		
35	Dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie ekranu oraz złącz pomiarowych w razie upadku nie ograniczające funkcjonalności urządzenia i nie wymagające demontażu w czasie użytkowania – opisać proponowane rozwiązanie		
36	EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz 3 odprowadzeń EKG Pomiar HR w zakresie min 20-350 /min, dokładność +/- 1% zakresu Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. CMRR>100dB Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-150 odd/min Możliwość wyboru z poziomu menu odprowadzenia używanego do monitorowania oddechu. Alarm bezdechu programowany w zakresie min. 10-40 sekund.		
37	SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%, dokładność +/-2% w zakresie min. 70-100% Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi Modulacja dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji.		

	<p>Opóźnienie alarmu niskiego poziomu saturacji zależne od szybkości spadku wartości SpO2. Alarm desaturacji. Zakres pomiarowy tętna min. 30-240 ud/min, dokładność +/- 2% lub 1 ud/min Wyświetlanie wartości liczbowej indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Prezentacja graficznego trendu zmian oraz rozkładu statystycznego wyników pomiaru saturacji w postaci histogramu. Możliwość zmiany czułości pomiaru oraz czasu uśredniania. Możliwość stosowania z czujnikami różnych producentów (w tym Nellcor, Masimo) bez konieczności wymiany oprogramowania czy modułów pomiarowych.</p>		
38	<p>NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-200 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min. od 1 do 120 minut.</p>		
39	<p>IBP Inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 torach pomiarowych - możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ, ABP. Zakres pomiarowy min. od -40 do +340 mmHg</p>		
40	<p>Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45°C Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego. Możliwość rozbudowy o drugi tor pomiarowy w postaci dołączanego modułu.</p>		
41	<p>Kapnografia Monitorowanie stężenia CO2 w drogach oddechowych Możliwość pomiaru o pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych Możliwość stosowania czujników strumienia głównego i bocznego Zakres pomiaru CO2 min 0-100 mmHg Zakres pomiaru respiracji min 2-150 odd/min Czas nagrzewania systemu do uzyskania pełnej dokładności max. 2 minuty</p>		
42	<p>Wyposażenie: - wielorazowy przewód EKG 3 odprowadzeniowy do monitorowania EKG oraz oddechu – min. 2 szt - zestaw jednopacjentowych odprowadzeń EKG – min. 30 szt - wielorazowy czujnik typu opaska (np. na stopę noworodka) nie zawierający lateksu ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.), z możliwością zanurzania w płynach dezynfekcyjnych – min. 2 szt . - zestaw czujników jednopacjentowych SpO2 dla noworodków – min. 30 szt. - przewód przedłużający do czujników SpO2 min. 2 m – min. 2 szt. - zestaw mankietów jednopacjentowych w różnych rozmiarach dla noworodków – min. 50 szt. - przewód do mankietów ciśnienia min. 2 m – min. 2 szt. - zestaw jednopacjentowych czujników temperatury głębokiej – min.</p>		

	<p>15 szt. - czujnik temperatury wielorazowego użytku na skórę – min. 2 szt. - przewód przedłużający do czujników temperatury min. 2 m – min. 2 szt - adapter jednopacjentowy do pomiaru CO2 na rurce intubacyjnej – min. 15 szt.</p>		
V	SSAK		
1.	Producent		
2.	Nazwa i typ		
3.	Zasilanie zewnętrzne: prądem stałym , prądem zmiennym.		
4.	Ładowarka akumulatora		
5.	Zbiornik jednorazowego użytku o poj. min. 1l., ze zintegrowanym filtrem antybakteryjnym		
6.	Regulacja siły ssania w zakresie 0-80kPa , przepływ regulowany płynnie min. od 0 do 20 l/min za pomocą pokrętła lub wybierany przez naciśnięcie klawisza.		
7.	Wskaźnik naładowania akumulatora		
8.	Zbiornik na wydzielinę min 1l.		
9.	Wąż ssący min. 150 cm		
VI	NAWILŻACZ ELEKTRYCZNY		
1.	Producent		
2.	Nazwa i typ		
3.	Zasilanie zewnętrzne: prądem stałym , prądem zmiennym oraz zasilanie z akumulatora		
4.	W kpl. zestaw przewodów do podłączenia nawilżacza w układzie źródło zasilania / pacjent		
VII	<p>POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 3 SZT Podać markę, model, producenta Urządzenie fabrycznie nowe. Możliwość stosowania strzykawk 5, 10, 20, 30, 50 ml. różnych producentów , automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy , szybkość dozowania w zakresie min 0,1-1800 ml/h, szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h , bolus manualny i automatyczny , programowanie parametrów podaży Bolus-a w zakresie : objętość / dawka , czas lub szybkość podaży , zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej w zakresie : objętość / dawka , czas lub szybkość podaży z klawiaturą numeryczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji . Regulowane progi ciśnienia okluzji na min. 5 poziomach. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. System alarmów: 5 min. do opróżnienia strzykawki , pusta strzykawka , 5 min. do końca infuzji , koniec infuzji , nieprawidłowe mocowanie strzykawki , okluzja , 30 min. do rozładowania akumulatora , - akumulator rozładowany , pompa uszkodzona Historia infuzji – min. 100 wpisów z datą i godziną zdarzenia Czas pracy z akumulatora min. 16 h przy infuzji 5ml/h Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks. 6 h</p>		

	<p>Możliwość mocowania pomp jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Z wyświetlaczem, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania leku</p> <p>Gwarancja min. 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie.</p> <p>Urządzenie (tj. 3 szt. pomp) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy.</p> <p>Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym) a także dedykowane do pracy na oddziale noworodkowym</p> <p>Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny.</p> <p>Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem.</p> <p>W kpl stacje dokujące zamontowane na platformie nośnej i podłączone do zasilania umożliwiające szybkie wpięcie / wypięcie pomp bez używania narzędzi</p>		
VIII	<p>POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA – 1 SZT</p> <p>Podać markę, model, producenta</p> <p>Urządzenie fabrycznie nowe.</p> <p>Możliwość programowania szybkości infuzji w ml/h oraz w innych najczęściej używanych jednostkach, takich jak: ng, µg, mg, g, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, kmol / kg / min, godz, 24 godz.</p> <p>Wiele trybów infuzji, w tym infuzja ciągła, z przerwami, profil (proszę wymienić).</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość zapisania w pamięci pompy biblioteki leków, złożonej z min. 10 pełnych protokołów podaży leków, ale bez limitów ograniczających wielkość parametrów infuzji. • Wyświetla nazwę leku w czasie infuzji. • Bogate możliwości konfigurowania takie jak rozbudowany system ochrony, tryb nocny, opcje alarmów. • Mikroinfuzja - szybkość dozowania od 0.1 ml/h 		

IX	GWARANCJA
1	Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 miesiące.
X.	INNE
1.	Szkolenie personelu
2.	Instrukcje w języku polskim załączyć przy dostawie
3.	Deklaracje zgodności CE, certyfikaty , potwierdzenie zgodności z wymaganymi normami tj PN EN 1789+A2 dla całego zestawu – dostarczyć przy dostawie
4.	Pozostałe dokumenty wymagane w poszczególnych pozycjach – dostarczyć przy dostawie

- UWAGA!!!
Brak wpisu w polach parametr oferowany lub niespełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PUNKTOWANYCH/NIE WYMAGANYCH)

Parametry punktowane	Punktacja	Tak/Nie *	Parametr oferowany*
1.	2.	3.	4.
AMBULANS TYPU C (1szt.)			
1. Moc silnika o wartości powyżej 170 KM. 2. Pojemność silnika o wartości równej lub większej niż 2500 cm ³	TAK- 4 pkt. NIE-0 pkt.		
2. Asystent martwego pola (rozpoznaje pojazdy w martwym polu i ostrzega o nich kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)	TAK-3 pkt. NIE-0 pkt.		
3. Otwierany szyberdach o wymiarach minimalnych 800mmx500 mm, pełniący funkcje wyjścia ewakuacyjnego. (zgodnie z normą ECE – R 36)	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
4. Elektrycznie zwalniany przesuw fotela u wezłowania noszy dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwnym fotelu. System przesuwu niewymagający od użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podana funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy.	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
5. Dopuszczalna masa całkowita ambulansu powyżej 4,0 t	TAK- 6 pkt. NIE- 0 pkt.		
6. Na prawej ścianie dodatkowo drugi fotel obrotowy z zintegrowanym zagłówkiem dzięki czemu ambulans będzie przystosowany do przewozu 5 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz jednej osoby w pozycji leżącej na noszach.	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
8. Fabryczny (tj. oryginalny dla pojazdu bazowego) elektryczny system wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do przedziału medycznego	TAK- 3 pkt. NIE- 0 pkt.		
9. Fabryczny (tj. oryginalny dla pojazdu bazowego) elektryczny system wspomagania domykania drzwi przesuwnych lewych do „zewnętrznego schowka”.	TAK- 3pkt. NIE- 0 pkt.		
10. Możliwość ustawienia transportera w pozycjach drenażowych tj Trendelenburga , antyTrendelenburga i Fowlera	TAK- 4 pkt. NIE- 0 pkt.		
11. Leże pacjenta w inkubatorze wysuwane i obrotowe	TAK-4 pkt NIE-0pkt		
12. możliwość pokonywania przeszkód drogowych typu schody , wysokie krawężniki , wysokie progi bez podnoszenia transportera do góry	TAK-4 pkt NIE-0pkt		
Razem maksymalnie	40 pkt.		

*wypełnia Wykonawca

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w/w parametrów, jego oferta dostanie 0 pkt. w kryterium „zestawienie ocenianych parametrów technicznych”.

.....
(miejsowość,data)

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1

Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia.

Numer ogłoszenia w BZP nr 574533-N-2020 z dnia 2020-08-21

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY	
PEŁNA Nazwa (firma, adres,):	RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM
Postępowanie o udzielenie zamówienia na: <i>(Tytuł postępowania podany w BZP)</i>	Dostawa ambulansu typu C (szt. 1), przystosowanego do przewozu noworodków na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia dla udzielanego zamówienia na wskazane wyżej postępowanie: <i>(wskazać tak jak w ogłoszeniu w BZP)</i>	Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansów typu C (szt.1), przystosowanego do przewozu noworodków, wraz z wyposażeniem technicznym oraz medycznym, na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu o parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej- w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykaz wyposażenia : 1.1 Zestaw do transportu noworodków w tym: - transporter elektryczny do platformy z inkubatorem - szt. 1 - inkubator transportowy z wyposażeniem - szt. 1 - podstawa transportowa do inkubatora - szt.1 1.2 Respirator noworodkowo - transportowy do ambulansu typu N - szt. 1 1.3. Kardiomonitor transportowy do ambulansu typu N - szt. 1 1.4. Ssak - szt. 1 1.5 Nawilżacz elektryczny - szt. 1 1.6 Pompa infuzyjna strzykawkowa - szt. 3 1.7 Pompa infuzyjna objętościowa - szt. 1
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego <i>(jeżeli dotyczy):</i>	RSPR- 2 PN / 2020

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach
OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY wypełnia wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Pełna nazwa firmy;	
W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) <i>(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem)</i>	
Adres pocztowy :	

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): (dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne)	[.....] [.....] [.....] [.....]
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? (Należy wypełnić do celów statystycznych)	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
OFERTA WSPÓLNA	Odpowiedź:
Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna)	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy oferty wspólnej przedstawili odrębne OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (np. - lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adres- należy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w skład konsorcjum, spółka cywilna): c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział (jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę własną/wspólną dla tego działania):	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
Wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy)

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:		Odpowiedź:
1.	Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
2	Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
3	Adres pocztowy Firmy:	[.....]
4	Telefon:	[.....]
5	Adres e-mail:	[.....]

¹Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. **Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału określonych w ogłoszeniu, SIWZ oraz w części IV niniejszego OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić informację **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – OŚWIADCZENIEM wykonawcy, uwzględniającym informacje na temat innego podmiotu w zakresie jakim obejmuje także wykonawcę (część II, A, B oraz część III)

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , należy podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli tak, proszę przedstawić informację **dla każdego** z podwykonawców, każdej kategorii podwykonawców, których to dotyczy – OŚWIADCZENIEM wykonawcy, uwzględniającym informacje na temat podwykonawcy w zakresie jakim obejmuje także wykonawcę (część II, A, B oraz część III).

Część III: Obligatoryjne podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

Podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21	Odpowiedź:
<p>1 Czy</p> <p>13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, prawomocnie skazano za przestępstwo:</p> <p>a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),</p> <p>b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,</p> <p>c) skarbowe,</p> <p>d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);</p> <p>14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;</p> <p>21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <hr/> <p><i>(wypełnienie poniższej informacji oraz w pozycji 2-4 dotyczy okoliczności, gdy wykonawca był karany. Jeżeli nie był karany może usunąć pozycje od 2-4</i></p> <p>Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>2 Jeżeli tak, proszę podać (tyle razy ile to jest konieczne):</p> <p>a) datę wyroku, określić, których podstaw wykluczenia wskazanych wyżej on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p>

	b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz artykuł(-u), artykuł(-ów) to dotyczy. Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej <input type="checkbox"/> Tak, <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²
3	W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
4	Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki posiłkując się wskazanymi przykładowo walorami w art. 24 ust. 8:	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

	Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
1	15) Czy wobec wykonawcy, wydano <u>prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną</u> o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <i>(wypełnienie informacji w kolumnie 2- dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się z obowiązków płatności:</i>	
2	Jeżeli tak, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona , długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	Składki na ubezpieczenia społeczne a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [.....] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]

C: INNE OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

	Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16-20 oraz pkt 22 i 23 ustawy Pzp	Odpowiedź:
1	16) Czy wykonawca, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

² Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

	<p>przedstawić wymaganych dokumentów.</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	
2	<p>17) Czy wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
3	<p>18) Czy wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
4	<p>19) Czy wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego postępowania:</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane – w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać</p> <p>[.....]</p>
5	<p>20) Czy wykonawca z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samoocyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
6	<p>21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
7	<p>22) Czy wobec wykonawcy orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
8	<p>Zamawiający zbada, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli:</p> <p>23) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p> <p>Ocena czy istnieją podstawy wykluczenia zostanie dokonana na podstawie wymaganego do złożenia oświadczenia wykonawcy, w terminie 3 dni, liczonych od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji na stronie internetowej, tj.:</p> <p>1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;</p> <p>2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;</p> <p>3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.</p> <p>o których mowa w art. 86 ust. 5.</p> <p>Wymagania to jest określone w SIWZ w rozdz. VII cz. B ust. 6-8.</p>	

Część IV: warunki udziału

OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH WARUNKÓW UDZIAŁU

Wykonawca wypełnia to pole w przypadku gdy zamawiający wskazały w ogłoszeniu lub/ i w SIWZ, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tej sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:	
Spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału	Odpowiedź
Spełnia warunki udziału z art. 22 ust. 1b określone w ogłoszeniu i SIWZ w rozdz. V, ust. 2 p/pkt 2.3.3	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy na wezwanie wymagane, opisy lub katalogi, foldery produktów, które mają być dostarczone i którym musi towarzyszyć świadectwo dopuszczenia do obrotu, a zostały wskazane w rozdz. VII ust. 13 SIWZ Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa homologacji.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ¹

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Pełna nazwa firmy Innego Podmiotu;	
W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG <i>(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem)</i>	
Adres pocztowy :	
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) <i>(jeżeli dotyczy)</i> : <i>(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne)</i>	[.....] [.....] [.....] [.....]
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
1. Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, <u>jeżeli są wymagane</u> :	[.....], [.....]
2 Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
3 Adres pocztowy Firmy:	[.....]
4 Telefon:	[.....]
5 Adres e-mail:	[.....]

(....) Oświadczam, że wskazany wyżej Inny Podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.

Oświadczam, że wskazany wyżej Inny Podmiot spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w rozdz. V ust. 2 pkt 2.3.3

.....
Podpis osoby upoważnionej ze strony wykonawcy

¹ Oświadczenie wykonawca wypełnia tylko w przypadku, gdy będzie polegała na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunku udziału, wskazanego w rozdz. V, ust.2 pkt 2.3.3

Część V: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby[określić postępowanie o udzielenie zamówienia:(nazwa nadana przez zamawiającego, adres publikacyjny w BZP, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – konieczne – podpis(-y): [.....]

Oświadczenie

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Nr referencyjny: RSPR – 2 PN /2020

ZAMAWIAJĄCY: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

WYKONAWCA:

.....
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa ambulansów typu C(szt.1) przystosowanego do przewozu noworodków na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.):

o przynależności³ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

.....
miejsowość i data

.....
(podpis Wykonawcy)

³ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR / UMOWY DOSTAWY

Zawarta w dniu r. w Radomiu pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, w imieniu którego działają:

- lek. med. Piotr Kowalski - Dyrektor RSPR
zwany dalej Zamawiającym,

a

.....
którą reprezentuje:

.....
zwaną dalej Wykonawcą.

.....
zwaną w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: RSPR – 2 PN/ 2020).
2. Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu typu C (szt. 1) przystosowanego do transportu noworodków, zgodnie z Specyfikacją Techniczną Oferowanego Ambulansu – zał. Nr 2 do SIWZ, będący jednocześnie OFERTĄ wykonawcy, a stanowiący integralną częścią umowy. W dalszej treści umowy „towar” oznacza ambulans typu C.
3. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą dostarczyć dokumenty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ

§ 2

Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa załącznik nr 1 do SIWZ będący jednocześnie integralną częścią niniejszej umowy.

Cena netto ambulansu (całość przedmiotu zamówienia) wynosi:.....

(słownie:.....)

Podatek VAT%, co stanowi wartość zł

(słownie:.....)

Cena brutto ambulansu wynosi:zł

(słownie:.....)

Strony ustalają, że ceny towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy.

§ 3

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu towar w terminie nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku. Wydanie towaru nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 11.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia towaru w formie pisemnej co najmniej 3 dni przed proponowanym terminem dostawy.
3. Odbiór towaru będzie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy towar ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin

na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości.

§ 4

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest..... (tel. nr) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest: Z-ca Dyr. RSPR Pani mgr. Elżbieta Cieślak , tel. 600 720 081 lub osoba zastępująca Pan Marek Dziewierz tel.692-735-031.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego i pod warunkiem prawidłowej dostawy towaru, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT.
2. Za zapłatę strony przyjmują obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego lub rachunku bankowego podmiotu finansującego niniejsze zamówienie, który wskaże Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§ 6

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z Załącznika nr 2 do SIWZ, stanowiącego integralny załącznik do niniejszej umowy.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru ambulansu - do jego wymiany na wolny od wad oraz zgodny z umową.
3. W miejsce wadliwego ambulansu Wykonawca ponowi dostawę ambulansu wolnego od wad w terminie 7 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach.
4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.
5. W przypadku opóźnienia dostawy w terminie określonym w §3 ust 1 z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa w §3 ust 4 umowy. Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub braków dostarczonego ambulansu naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
8. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
 - mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,
 - powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,
 - perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesiące,
 - na zabudowę medyczną, oraz sprzęt medyczny – min. 24 miesiące,
9. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych sprzętu medycznego w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu

na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.

10. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych pojazdu w okresie gwarancji zgodna z oferwanymi przez Producenta pojazdu z zastrzeżeniem, iż naprawa nie może być dłuższa niż 14 dni roboczych. Zamawiający wymaga pojazdu zastępczego o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 14 dni roboczych.

§ 7

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową,, po 30 dniach bez poinformowania Wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć przedmiot umowy (brakujące towary) na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy przedmiot umowy (towarów) dostarczonych po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną przedmiotu umowy, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, a ceną przedmiotu umowy zakupionego zastępczo. Naprawienie szkody obejmuje również koszty dodatkowe poniesione w związku z zakupem zastępczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kosztów wskazanych w ust.2 to jest w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
4. Zapis ustępu poprzedniego nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby sfinansowanie zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w umówionym terminie, bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - 5.1 Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego,
 - 5.2 Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie.
6. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
7. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy.
8. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto umowy z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp, ust. 1 niniejszego § oraz ust.4 i 5 niniejszego §.

§ 9

Integralną część umowy stanowią załączniki w nim powołane oraz dokumentacja z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

§ 10

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących zakresach:

1.1 zmiany ceny brutto spowodowanej:

- wzrostem stawki VAT,
- zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (T.jedn.Dz.U z 2018 r. poz.2177 ze zm.),
- zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

1.2 Wykonawca musi w sposób wiarygodny wykazać Zamawiającemu, że zmiany, o których mowa w ust.1.1 mają znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia i mogą spowodować u Wykonawcy problemy finansowe zagrażające dalszej jego realizacji.

1.3 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

1.4 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji gdy dojdzie do zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

1.5 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmian danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.).

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności i mogą nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U z 2019r. poz.1843 z późn.zm.) i muszą być zgodne z zapisami SIWZ.

§ 11

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący pod rygorem, iż ta czynność będzie nie ważna zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (T.jedn. Dz. U z 2020 roku poz.295 ze zm.)

§ 12

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć w formie polubownej. W sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania sporu strony podają jego rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.jed.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) , a w zakresie niesprzecznymi z tymi przepisami Kodeks Cywilny.

§ 14

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY PZP DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja:

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upoważniony reprezentant itp. *)

działając w imieniu i na rzecz: (nazwa Podmiotu)

zobowiązuję się do oddania ww. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

.....

(określenie zasobu – zdolność techniczna i zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy.....: (nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„.....” nr ref./2020

Oświadczam, iż:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.....

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący (sposób uczestnictwa przy realizacji przedmiotu zamówienia):

.....

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

.....
Podpis osoby upoważnionej

UWAGA!

Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.