

Nr sprawy: RSPR – PN-UE/D-2 /2019 odp.a

Radom, dnia 07.08.2019r.

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego powyżej 221.000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu (sprawa nr RSPR – PN-UE/D-2 /2019)

Na podstawie art. zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.poz.1986 z późn.zm) Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

**Pytanie 38.**

Pytanie dotyczy wymogu posiadania przez pompę infuzyjną zgodności z normą PN EN 1865-4 która to norma nie dotyczy pomp infuzyjnych .

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu spełnienia przez pompę infuzyjną normy PN EN 1865-4 która to norma dotyczy krzesel kardiologicznych z systemem wspomaganiam ?.

Uzasadnienie: Oczywiście omyłka pisarska nie występuje pompa infuzyjna która by spełniała podaną normę. Taki produkt nie istnieje.

**Odpowiedź:** Istotnie, określenie numeru normy nastąpiło w wyniku błędu pisarskiego.


Omyłkę pisarską podanej normy PN EN 1865-4 potwierdza także szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w zał. Nr 1 do SIWZ OPZ pkt 13 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 5 szt. który to opis nie ma związku z tym odesłaniem.

Potwierdzenie parametrów oferowanego sprzętu, oceniony najwyżej wykonawca wykaże w dokumentach i oświadczeniach na wezwanie zamawiającego zgodnie z Rozdziałem X, część C, pkt 20.

Jednocześnie z uwagi na charakter omyłki pisarskiej jak i opis przedmiotu zamówienia, zamawiający informuje, iż nie jest to zmiana opisu przedmiotu zamówienia a jedynie wykreślenie omyłkowej, niezależnej od OPZ, treści.

Zamawiający zmienia termin składania ofert wyznaczając go na:

14.08.2019r. godz. 10:00

DYREKTOR  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
  
lek. med. Piotr Kowalski